sanabelle ist eine Marke für medizinische Produkte, die abgestimmt sind auf die besonderen Bedürfnisse von Patienten in der Behandlungspflege. Das Produktportfolio von sanabelle umfasst medizinische Hilfsmittel in den Therapiefeldern Tracheostomie, Urologie und Infusion sowie medizinische Sets.

„Improving medical care" bedeutet für sanabelle seit einem Jahrzehnt Produkte zu entwickeln, die zuverlässig, hochwertig und anwenderfreundlich sind. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, konzeptioniert das sanabelle-Produktmanagement nahezu alle Produkte selbst - engineered in Germany!

Weitere Informationen und einen Produktkatalog erhalten Sie unter
www.sanabelle-medical.com

zz9240001 | 2015-05, REV 7

sanabelle

Trachealdilatator 14 cm
3-schenklig nach Laborde

1 Stück / Piece
REF 77720000 **PZN** 03337355

GB **sanabelle tracheal dilator 14 cm**
Laborde dilator with 3 limbs

F **sanabelle dilatateur trachéal 14 cm**
à 3 branches de Laborde

E **sanabelle dilatador traqueal de 14 cm**
de 3 ramas tipo Laborde

I **sanabelle dilatatore tracheale 14 cm**
a 3 uncini Laborde

Hilfsmittel-Nr.: 12.99.99.0012

LOT 1505163

CE

4 050625 001315

medi1one medical gmbh
Andreas-Stihl-Str. 19 | 71336 Waiblingen | Germany
www.medi1one.de

www.sanabelle-medical.com

D sanabelle Trachealdilatator 14 cm 3-schenklig nach Laborde

Reinigung, Desinfektion und Pflege:

Der Trachealdilatator ist vor der ersten Anwendung und unmittelbar nach jedem Gebrauch zu reinigen und zu desinfizieren.

Es ist die Richtlinie des Robert-Koch-Instituts (RKI) „Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten", Bundesgesundheitsblatt 11-2001 zu beachten. (Risikobewertung gemäß RKI: semikritisch A.)

- Es wird empfohlen, nur zugelassene Desinfektionsmittel und -verfahren gemäß RKI- oder VAH-Liste mit dem Wirkungsbereich A und B* zu verwenden.
- Beachten Sie die Herstelleranweisungen für Dosierung und Handhabung der Desinfektionsmittel.
- Benutzen Sie keine ätzenden Reinigungsmittel und vermeiden Sie grobe Scheuermittel.
- Bei Reinigung und Desinfektion immer Einweghandschuhe tragen.

1. **Bei starker Verunreinigung vorreinigen:**
   Antrocknen verhindern. Mit warmem Wasser spülen oder in Reinigungslösung einlegen. Anhaftungen ggf. mit Tupfer oder weicher Bürste entfernen. Mit Wasser nachspülen.
2. **Desinfizieren:**
   Dilatator öffnen und vollständig in Desinfektionsbad einlegen. Dabei Angaben des Herstellers zur Konzentration und Einwirkzeit beachten. Anschließend gründlich mit sauberem Wasser (mindestens Trinkwasserqualität) spülen und mit weichem fusselfreiem Tuch oder mit Druckluft sorgfältig trocken. Dilatator auf Sauberkeit prüfen. Falls notwendig, Reinigung und Desinfektion wiederholen.
3. **Pflegen:**
   Sämtliche Instrumente, an denen während des Einsatzes Reibung entsteht, bedürfen gesonderter Behandlung mit einem Pflegeöl nach der Reinigung. Für die Pflege ein physiologisch unbedenkliches Öl verwenden (Paraffin- oder Weißölbasis). Dilatator auf Funktionsfähigkeit überprüfen und sauber verpacken.

Bitte an den markierten Stellen (Pfeile) ölen:



Anwendung:



❶ Tracheostoma spreizen

❷ Kanüle über dem mittleren Schenkel einführen

Sicherheitshinweise:

- Tracheostoma nicht gewaltsam dehnen
- Dilatator nicht an der hinteren Trachealwand anstoßen lassen
- Bei Blutungen adäquate ärztliche Versorgung sicherstellen

*A = zur Abtötung von vegetativen Bakterien einschließlich Mykobakterien sowie von Pilzen einschließlich Pilzsporen.

B = zur Inaktivierung von Viren.