

**Teleflex Medical GmbH**

Willy-Rüsch-Str. 4-10  
71394 Kernen  
Germany

Phone: +49 (0)7151 406 0  
Fax: +49 (0)7151 406 150

[www.teleflex.com](http://www.teleflex.com)

Geschäftsführer:  
Hans-Peter Goldmann  
Rolf Topp  
Daniel Price  
Gerry McCaffrey  
Liam Kelly

AG Stuttgart HRB 264371  
USt-IdNr. DE811111620  
Commerzbank AG Waiblingen

Ihr Ansprechpartner:  
Nadja Sommerfeld

Telefon:  
- 283

Fax:  
- 530

Email:  
[nadja.sommerfeld@teleflex.com](mailto:nadja.sommerfeld@teleflex.com)

Datum:  
24.03.2014

## Wiederaufbereitung Innenkanülen der TracheoFix

Die Reinigung und Desinfektion der Innenkanülen für die TracheoFix Trachealkanülen, (Art. Nummern 859004, 859005, 859006, 859007) wurde in einem unabhängigen, externen Labor getestet und sowohl bezüglich der Funktionalität als auch bezüglich der Hygiene positiv bewertet.

Da für die Änderung und den Nachdruck der Gebrauchsanleitung und Etiketten noch Zeit benötigt wird, soll dieses Schreiben als Übergangslösung dienen.

Mit freundlichen Grüßen



i. A. Nadja Sommerfeld  
Jr. Produkmanagerin Homecare Anästhesie  
DE/AT/CH